

Wałcz, dnia 15 listopada 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę przyrządów do fizykoterapii (ogłoszenie nr 609027-N-2020 z dnia 10 listopada 2020).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

1. *„Czy zamawiającym dopuści urządzenie do indukcji stymulacyjnej o częstotliwości magnetycznej od 1 do 150 Hz.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak.

2. *„Czy zamawiający wymaga, aby obudowa urządzenia do indukcji stymulacyjnej oraz akcesoria, w tym ramię do aplikatora, były fabrycznie jednolitego odlewu, co znacznie zwiększa ich trwałość w codziennym użytkowaniu, a nie były drukowane na drukarce 3D?”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak.

3. *„Czy zamawiający wymaga, aby ramię do aplikatora było 6-przegubowe z trzema hamulcami i dwoma zawiasami obrotowymi, przez co będzie bardziej ruchome, a tym samym z większą precyzją pozwoli umiejscowić aplikator na ciele pacjenta?”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający dopuszcza, aby ramię do aplikatora było 6-przegubowe z trzema hamulcami i dwoma zawiasami obrotowymi, przez co będzie bardziej ruchome, a tym samym z większą precyzją pozwoli umiejscowić aplikator na ciele pacjenta. Zamawiający wymaga, aby ramię aplikatora było wieloprzegubowe, zapewniające możliwość aplikacji w każdej płaszczyźnie.

4. *„Poz. nr 2 APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM Czy zamawiającym wymaga, aby stolik pod aparat był wyposażony w cztery kółka transportowe i posiadał 6 szuflad, tworząc integralną część z aparatem, stolik o wymiarach: 960x620x570 mm?”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiającym dopuszcza, aby stolik pod aparat był wyposażony w cztery kółka transportowe i posiadał 6 szuflad, tworząc integralną część z aparatem, oraz miał następujące wymiary: 960x620x570 mm. Zamawiający wymaga, aby kółka transportowe, szuflady i stolik (o co najmniej ww. wymiarach minimalnych), pozwalały na stabilne ustawienie aparatu oraz stanowiły integralną częścią zestawu.

Paweł Węgrzynowski

podpis pełnomocnika zamawiającego