

DPZ.271.79.2022

Spała dnia 28.09.2022r.

PWZ: 1451 2022

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa urządzeń do odnowy biologicznej i leczenia - ZP 29/2022 ”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Dostawę urządzeń do odnowy biologicznej i leczenia - ZP 29/2022** ” zostały zadane pytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści obsługę trenera rowerowego do testowania wydolności treningowej zawodników w języku angielskim? Obecna wersja konsoli 5.0 nie pozwala na stosowanie języka polskiego.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza obsługę trenera rowerowego do testowania wydolności treningowej zawodników w języku angielskim.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

D. Świdorski
A. Zakrzewska-Iskierka
E. Wolan
P. Adamus

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała

Waldemar Wendrowski



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała