

Giżycko, 21.10.2022

Strony zainteresowane przedmiotowym  
postępowaniem przetargowym

### Pytania i odpowiedzi

**Dotyczy:** postępowania przetargowego nr: GŻ/P/02/2022 -

**„Dostawa urządzeń medycznych do COS-OPO w Giżycku”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym warunków opisu przedmiotu zamówienia w zakresie  
poz. 4 Pozycja 4 – Łóżko do wodnego masażu suchego

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach:

- obrotowy panel sterujący
- 4 ruchome, zrobotyzowane dysze wodne, których praca naśladuje techniki masażu ręcznego
- automatyczny pomiar wzrostu użytkownika zapewniający precyzyjne dopasowanie obszaru masażu bez konieczności ustawień przez personel
- moduł masujący stopy i zapewniający prawidłowe ułożenie użytkownika
- 7 technik masażu
- automatyczne łączenie różnych technik masażu w ramach wybranego programu
- 8 gotowych programów zabiegowych oraz 10 programów użytkownika
- 6 stopni regulacji ciśnienia wody
- możliwość ustawień indywidualnych
- standardowe złącze elektryczne
- urządzenie wyposażone w zintegrowany system wentylacji do chłodzenia urządzenia
- powierzchnia leża 194 x 66 cm
- waga 430 kg wraz z wodą
- moduł masujący stopy i zapewniający prawidłowe ułożenie użytkownika
- emisja hałasu 54 dB



Dyrektor  
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100  
tel. +48 87 44 17 101  
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22  
11-500 Giżycko

- zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz
- maksymalne dopuszczalne obciążenie 140 kg
- maksymalny pobór mocy 3347 W
- maksymalne ciśnienie wody 6 bar
- objętość wody 210 l
- temperatura wody 25-40 °C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor  
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100  
tel. +48 87 44 17 101  
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22  
11-500 Giżycko