



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 42/2024

na

**Zakup, dostawa i montaż urządzeń do Odnowy Biologicznej do COS OPO we
Władysławowie - 2 części**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: „PZP”, „ustawa” lub „ustawa PZP”.

Zamawiający zastrzega następującą przesłankę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z brzmieniem art. 310 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Podpisy komisji (EZD)

Dokument podpisany elektronicznie

Władysławowo, 12.11.2024 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu, Instytucja Gospodarki Budżetowej, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma z siedzibą we Władysławowie, (84-120), przy ul. Żeromskiego 52, zarejestrowany pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00035,

Numer tel.: Sekretariat Zamawiającego 58 674 63 14

Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 2 PZP)

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia (link do strony prowadzonego postępowania podano w pkt. VIII niniejszej SWZ).

III. Tryb udzielenia zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 3 PZP)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej także „PZP”, „ustawa” lub „ustawa PZP”.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust. 1 pkt. 4 PZP)

Nie dotyczy

V. Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)

1. Przedmiot zamówienia

Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dla COS OPO Cetniewo w podziale na następujące części:

LP.	NAZWA	J.M.	KOD CPV
CZĘŚĆ NR 1			
1.	APARAT DO TERAPII FALAMI UDERZENIOWYMI CZĘŚĆ 1	1 SZT.	33100000-1
2.	APARAT DO KRIOTERAPII SAMOOBSŁUGOWEJ CZĘŚĆ 1	1 SZT.	33100000-1
3.	SZYNA CPM CZĘŚĆ 1	1 SZT.	33100000-1
CZĘŚĆ NR 2			
1.	WANNA WIELOFUNKCYJNA DO HYDROMASAŻU CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
2.	WANNA DO KĄPIELI ELEKTRYCZNOWODNYCH CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
3.	WANNA DO KĄPIELI BALNEOLOGICZNYCH – BOROWINA CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
4.	WANNA DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
5.	WANNA DO HYDROTERAPII CZĘŚĆ 2	3 SZT.	33100000-1
6.	WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
7.	URZĄDZENIE DO TERAPII W PODWIESZENIU CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
8.	WANNA DO KĄPIELI BALNEOLOGICZNYCH – SOLANKA CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1
9.	WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH CZĘŚĆ 2	1 SZT.	33100000-1

1. Wymagania ogólne

Dostarczenie urządzeń do siedziby Zamawiającego, transport i rozładunek, dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis urządzeń na okres minimum 24 miesięcy : wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji, czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie lub drogą elektroniczną nastąpi w ciągu 48 godz., naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części poniżej:

Przedmiot zamówienia część 1:.

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Aparat do terapii falami uderzeniowymi	szt.	1	Minimalna maksymalna intensywność stymulacji 0,65 mJ/mm ²	Dzięki temu możliwe jest dostarczenie dużej energii w miejscu dysfunkcji i uzyskanie szybkich efektów terapeutycznych
				Częstotliwość do 25 Hz	Dzięki temu możliwa jest terapia w szerokim zakresie częstotliwości różnych schorzeń
				Kolorowy ekran dotykowy min. 8"	Zapewnia to czytelny obraz do obsługi urządzenia
				Inteligentny aplikator z ciągłym monitorowaniem intensywności uderzeń i ekranem dotykowym	Umożliwia to stałą kontrolę terapeuty nad ustawioną intensywnością uderzeń w trakcie terapii
				Regulacja parametrów bezpośrednio na ekranie aplikatora lub na aparacie	Umożliwia to szybką i płynną zmianę parametrów z poziomu aplikatora lub na aparacie wedle komfortu terapeuty
				Regulowana głębokość penetracji do 65 mm za pomocą nakładek sprzęgających	Możliwe jest opracowanie zarówno powierzchniowych jak i głęboko położonych dysfunkcji
				Protokoły ulubione	Możliwe szybsze uruchomienie terapii bez konieczności przeszukiwania całej listy ze wszystkimi programami terapeutycznymi
				Nawigacyjny atlas anatomiczny	Ułatwia znalezienie protokołu przypisanego do danej okolicy zabiegowej
				Baza danych pacjentów	Umożliwia stworzenie własnej bazy pacjentów z przypisanymi procedurami terapeutycznymi
				Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna	Ułatwia i przyspiesza uruchomienie i ustawienie terapii wedle zdefiniowanych wstępnie programów bez konieczności manualnego ustawiania parametrów a także posiada opis terapii, jak przeprowadzić zabieg krok po kroku
				Test jakości uderzeń	Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy aplikator działa prawidłowo i generuje prawidłowe uderzenia. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo
				Łatwa konserwacja i brak cyrkulacji płynów	Zapewnia to komfort codziennego użytkowania, a terapeuta nie musi wymieniać żadnych płynów pomiędzy pacjentami. Zapewnia to ciągłość pracy urządzenia.

				Liczba uderzeń w trakcie zabiegu 0-9999	Dzięki temu można zwiększyć ilość uderzeń w trakcie terapii i pracować nawet na dużych obszarach zabiegowych.
				Tryb pracy - pojedyncza, sekwencja	Pozwala to ustawić terapię pojedynczą i zmieniać parametry w trakcie terapii lub ustawić sekwencję w której automatycznie następuje zmiana parametrów w trakcie terapii
				Wymiary max. 600 × 1000 × 600 mm	Dzięki temu urządzenie nie zajmuje dużo przestrzeni
				Waga do 30 kg	Łatwy transport
				Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz	Dzięki temu urządzenie może pracować w warunkach bez specjalnie dostosowanego zasilania
2	Aparat do krioterapii samoobsługowej	szt.	1	Rodzaj krioterapii - schłodzone powietrze	Dzięki temu zapewnia to ciągłą pracę bez konieczności wymiany butli pomiędzy pacjentami
				Ekran dotykowy z podświetleniem TFT LED min. 7"	Zapewnia to czytelny i przejrzysty obraz ułatwiający obsługę
				Programy dla rehabilitacji i ortopedii oraz medycyny sportowej	Umożliwia to szybkie uruchomienie terapii ze wstępnie zdefiniowanych protokołów dla różnej grupy pacjentów
				Protokoły użytkownika	Umożliwia stworzenie własnych programów z własnymi parametrami
				Temperatura chłodzenia: do -35°C	Dzięki temu możliwe jest wydajne chłodzenie tkanki z wykorzystaniem niskich temperatur powietrza
				Rodzaje terapii: dynamiczna, bezobsługowa za pomocą aplikatorów	Dzięki temu terapeuta ma dwie możliwości pracy dynamiczna lub bezobsługowo z wykorzystaniem aplikatorów do różnych okolic ciała
				Aplikatory: aplikator na kostkę, łokieć, nogę	Dzięki temu można prowadzić bezobsługową terapię na różnych obszarach ciała
				Dysza kąтова	Dzięki temu można skoncentrować strumień powietrza na odpowiednim obszarze zabiegowym
				Dysza płasko-strumieniowa	Dzięki temu możliwe jest opracowanie dużych obszarów zabiegowych oraz jest to przydatna opcja do wykonywania technik powięziowych
				Adapter do krioterapii obu kończyn dolnych	Dzięki temu możliwe jest jednoczesne opracowanie obu kończyn dolnych jednocześnie bezobsługowo
				Ciśnienie powietrza na dyszy wylotowej do 50 mm Hg	Dzięki temu ciśnienie wypełniające aplikatory i zapewniające kompresję zapewniają komfortowe odczucie terapii przez pacjenta
				Tryby pracy: ciągły, długi impulsowy, średni impulsowy, krótki impulsowy	Dzięki temu możliwa jest praca w różnych trybach, w tym w trybie impulsowym dla wrażliwych pacjentów, gdzie odczucie zimna będzie subtelniejsze
				Intensywność przepływu powietrza: kilka poziomów	Dzięki temu można dostosować intensywność do odczuć pacjenta, aby zapewnić komfortową terapię
				Rodzaj terapii: sekwencja	Dzięki temu terapia jest zróżnicowana i podzielona na części, które zapewniają zróżnicowane odczucia podczas terapii jeśli chodzi o intensywność, czas trwania, tryb pracy
				Regulowany czas terapii: 1-99 min	Dzięki temu można regulować czas trwania terapii w szerokim zakresie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta

				Pojemnik na skroploną wodę	Dzięki temu można w łatwy sposób opróżnić skroploną wodę z pojemnika bez konieczności wzywania serwisu
				Wbudowana funkcja rozmrażania	Dzięki temu zapewnia to łatwą konserwację i długie użytkowanie aparatu
				Faza wstępnego chłodzenia	Dzięki temu nie trzeba tracić wstępnego czasu z terapii na schłodzenie powietrza, gdyż jest ono już wstępnie schłodzone po uruchomieniu urządzenia
				Wymiary do 600 x 700 x 1000 mm	Dzięki temu możliwy jest łatwy transport urządzenia, które zajmuje mało przestrzeni
				Waga do 80 kg	Łatwy transport
3	Szyna CPM	szt.	1	Terapia stawów kończyny dolnej: stawu kolanowego, biodrowego i skokowego w trybie pasywnym	Dzięki temu możliwe jest oddziaływanie na wszystkie 3 stawy kończyny dolnej
				Kolorowy ekran dotykowy	Dzięki temu zapewnia to czytelny i przejrzysty obraz ekranu
				Rysik do ekranu dotykowego	Umożliwia to łatwą obsługę bez konieczności dotyku ekranu ręką terapeuty
				Pilot z kolorowym ekranem dotykowym	Umożliwia to łatwą i płynną obsługę
				Gotowe programy terapeutyczne	Skraca to procedurę ustawienia terapii do minimum, a terapeuta może w łatwy sposób skorzystać już ze zdefiniowanych programów
				Programy użytkownika wpisane w pamięci wewnętrznej aparatu	Dzięki temu terapeuta może zapisać własne programy w pamięci urządzenia
				Ustawienie kąta w czasie rzeczywistym	Dzięki temu terapeuta od razu widzi zmianę parametru w czasie rzeczywistym w trakcie terapii
				Funkcja automatycznego ustawienia pozycji neutralnej przystosowanej do transportu urządzenia	Dzięki temu pozycja ta umożliwia bezpieczny transport w neutralnej pozycji
				Obciążenie nominalne min. 20 kg	Dzięki temu podparcia i rama wytrzymują długotrwałe obciążenia
				Możliwość odwrócenia obciążenia od 1 do 25	Dzięki temu możliwe jest zapewnienie komfortu pacjentowi, który musi zadziałać mniejszą lub większą siłą aby aktywować tą funkcję odwróconego obciążenia
				Maksymalna waga pacjenta do 135 kg	Dzięki temu można montować nawet otyłych pacjentów
				Wzrost pacjenta 120- 220 cm	Dzięki temu możliwy jest montaż pacjentów o różnym wzroście
				Limit wyprostowania stawu biodrowego 0°	Dzięki temu urządzenie zatrzymuje się na max wyproście w stawie biodrowych
				Limit zgięcia stawu biodrowego min. 115°	Umożliwia to duży zakres zgięcia stawu biodrowego
				Limit zgięcia stawu kolanowego min. 123°	Umożliwia to duży zakres zgięcia stawu kolanowego
				Długość kości piszczelowej 23- 55 cm	Można dostosować terapię do różnych wymiarów kończyny pacjenta w szerokim zakresie
				Długość kości udowej 35 – 50 cm	Można dostosować terapię do różnych wymiarów kończyny pacjenta w szerokim zakresie

			Długość całej kończyny dolnej 58 – 105 cm	Można dostosować terapię do różnych wymiarów kończyny pacjenta w szerokim zakresie
			Prędkość 40° - 380°/min.	Dzięki temu można dostosować prędkość ruchów kończyny indywidualnie do stanu i potrzeb pacjenta
			Możliwość wykorzystania szyny dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian	Dzięki temu zmiana ćwiczącej kończyny z lewej na prawą lub odwrotnie jest prosta i nie wiąże się z koniecznością zamontowania dodatkowych modułów
			Możliwość regulacji podparcia stóp/ regulacja podparcia na boki	Można dostosować szynę do wygody i komfortu pacjenta
			Możliwość odwracania podstawki na stopy	Dzięki temu można zapewnić pełne podparcie nawet u pacjentów z krótką kością piszczelową
			Zabezpieczenie z zatraskami	Łatwe i szybkie dostosowania szyny do wymiarów pacjenta
			Możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii	Dzięki temu można na bieżąco obserwować zmianę parametrów w czasie terapii bez konieczności jej zatrzymywania
			Możliwość blokady pacjenta	Zapewnia to bezpieczeństwo prowadzonej terapii
			Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki	W każdej chwili można wrócić do fabrycznych ustawień urządzenia
			Program rozgrzewki/ program progresywny	Pozwala stopniowo przygotować pacjenta do terapii i rozgrzać kończynę do właściwych już zakresów ruchu
			Program rozciągania zgięcia i wyprostu	Dzięki temu można skorzystać z gotowego programu ustawionego na rozciąganie
			Zatrzymanie w zgięciu i wyproście	Możliwe jest zatrzymanie ruchu po maksymalnym zgięciu/wyproście, aby zaakcentować końcowe zakresy ruchomości
			Waga do 14 kg	Wymiary i waga umożliwiają łatwy transport urządzenia

Przedmiot zamówienia Część 2

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1.	Wanna wielofunkcyjna do hydromasażu	szt.	1	Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji	Wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, do intensywnej eksploatacji
				Poręcze boczne – min. 8 szt.	Zwiększają bezpieczeństwo pacjentów podczas użytkowania, co jest kluczowe dla osób o ograniczonej mobilności
				Stopień ułatwiający wejście do wanny	Ułatwia dostęp do wanny, zmniejsza ryzyko upadku i wspiera bezpieczeństwo osób z ograniczoną sprawnością
				Prysznic ręczny	Umożliwia wygodne spłukiwanie ciała, podnosząc funkcjonalność i higienę
				Wymiary max.: - długość 2450 mm +/- 5% - szerokość 2000 mm +/- 5% - wysokość 900 mm +/- 5%	Zapewniają komfort użytkowania dla pacjentów o różnych rozmiarach
				Poziomy napełniania: I poziom – 556 litrów +/-5% II poziom – 780 litrów +/-5%	Pozwalają na dostosowanie ilości wody do potrzeb terapii, co zwiększa efektywność i oszczędność wody
				Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: min. 1000 litrów +/-5%	Umożliwia pełne wykorzystanie wanny do różnych zabiegów wodnych
				Kolor biały lub niebieski	Uniwersalna barwa
				Masaż podwodny automatyczny – min. 5 dysz bocznych	Zapewnia skuteczny masaż wodny, który wspomaga rehabilitację i relaksację pacjentów
				System kąpielii perłkowej	Poprawia krążenie i wspiera terapię relaksacyjną, co jest korzystne dla pacjentów z różnymi potrzebami zdrowotnymi
2.	Wanna do kąpielii elektrycznowodnych	szt.	1	Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji	Wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, stabilność i lekkość
				Dotykowy panel sterowania min. 6"	Umożliwia łatwą obsługę z automatycznym sterowaniem funkcjami, co zwiększa wygodę i efektywność użytkowania
				- automatyczne sterowanie sekcjami dysz - automatyczny system napełniania	

			<ul style="list-style-type: none"> - automatyczny spust wody z misy - wybór poziomu napełniania - możliwość zapisania indywidualnych programów terapeutycznych - zabezpieczenie przed przelaniem wody - ustawianie czasu zabiegu - wyłączenie po skończonym zabiegu - zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho - zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz - zabezpieczenie przed przeciążeniem - czujnik temperatury wody nalewanej - czujnik temperatury wody w misie 	
			System elektrod do zabiegów elektrycznych min. 9x4	Rozszerza możliwości terapeutyczne w zakresie rehabilitacji elektrycznej
			Prysznic ręczny	Zwiększa funkcjonalność i umożliwia szybkie opłukanie pacjenta, podnosząc standard higieny
			Poręcze boczne	Zwiększają bezpieczeństwo pacjentów, ułatwiając wchodzenie i wychodzenie z wanny
			Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny	Umożliwia wygodniejsze wejście do wanny, co jest szczególnie ważne dla osób o ograniczonej mobilności
			Wąż do masażu podwodnego z wymiennymi końcówkami	Umożliwia różnorodność masażu, co zwiększa elastyczność zastosowań terapeutycznych
			Wymiary: Długość: 2200 mm (+/- 5%) Szerokość: 950 mm (+/- 5%) Wysokość: 980 mm (+/- 5%)	Umożliwiają optymalne dopasowanie do przestrzeni i potrzeb użytkowników
			Dwa poziomy napełniania I poziom: min. 160 l (+/- 5%) II poziom: min. 240 l (+/- 5%)	Zapewniają oszczędność wody oraz możliwość dostosowania do różnorodnych zabiegów
			Kolor: biały lub niebieski	Uniwersalna barwa
			Masaż podwodny automatyczny – min. 8 dysz bocznych	Skutecznie wspiera rehabilitację poprzez masaż, który stymuluje krążenie i rozluźnia mięśnie
			System kąpieli perełkowej min. 14 x 5 dysz	Umożliwia delikatny masaż relaksacyjny, który poprawia samopoczucie pacjentów

3.	Wanna do kąpiel balneologicznych - borowina	szt.	1	Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji	Wysoka trwałość, odporność na uszkodzenia i długa żywotność. Konstrukcja aluminiowa zapewnia stabilność i lekkość
				Półautomatyczny spust wody	Ułatwia szybkie i wygodne opróżnianie wanny, co oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy
				Prysznic ręczny z wężykiem chowanym	Zapewnia wygodę użytkowania oraz utrzymanie porządku dzięki możliwości schowania wężyka po użyciu
				Wymiary max.: - długość 198 mm +/- 5% - szerokość 840 mm +/- 5% - wysokość 740 mm +/- 5%	Kompaktowe wymiary pozwalają na dopasowanie wanny do ograniczonej powierzchni
				Poziomy napełniania: I poziom – 100 litrów +/-5% II poziom – 200 litrów +/-5%	Pozwalają na oszczędne zużycie wody oraz dopasowanie do różnych rodzajów terapii
				Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 230 litrów +/-5%	Umożliwia przeprowadzanie pełnych zabiegów balneologicznych przy optymalnym zużyciu wody
				Kolor: biały lub niebieski	Uniwersalna barwa
				Dotykowy panel sterowania o przekątnej min. 3,5": automatyczne sterowanie dyszami automatyczny system napełniania zabezpieczenie przed przelaniem wody ustawianie czasu zabiegu wyłączenie po skończonym zabiegu zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho czujnik temperatury wody nalewanej czujnik temperatury wody w misie zabezpieczenie przez zmianą kolejności faz zabezpieczenie przed przeciążeniem powiadomienie o konieczności odkamieniania	Zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia oraz automatyczne sterowanie funkcjami, co podnosi komfort pracy terapeuty
4.	Wanna do kąpiel kwasowęglowych	szt.	1	Szerszy odpływ umożliwiający wypływ masy borowinowej	Umożliwia łatwe usuwanie gęstych substancji, co jest istotne przy terapii borowinowej i ułatwia konserwację wanny
				Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji	Trwałość, odporność na uszkodzenia oraz lekkość, co ułatwia montaż i obsługę
				Półautomatyczny spust wody	Umożliwia szybkie i sprawne opróżnianie wanny, co zwiększa efektywność i oszczędza czas

				Prysznic ręczny z węzłem chowanym	Zwiększa wygodę użytkowania oraz zapewnia estetyczny wygląd po zakończeniu zabiegu
				Wymiary max.: - długość 198 mm +/- 5% - szerokość 840 mm +/- 5% - wysokość 740 mm +/- 5%	Kompaktowe rozmiary umożliwiają dopasowanie do różnych gabinetów, optymalizując przestrzeń
				Poziomy napelniania: I poziom – 100 litrów +/-5% II poziom – 200 litrów +/-5%	Pozwalają na ekonomiczne zarządzanie zużyciem wody
				Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 230 litrów +/-5%	Komfort do przeprowadzania pełnych zabiegów balneologicznych
				Kolor: biały lub niebieski	Uniwersalna barwa
				Dodatkowy zawór do kąpieli kwasowęglowej – saturator do wzbogacania wody o CO ₂	Umożliwia wzbogacanie wody o CO ₂ , co jest korzystne w terapii balneologicznej poprawiającej krążenie i relaksację pacjenta
				Ciśnienie wody dostarczane do urządzenia z sieci: maks. 0,6 MPa.	Zapewnia odpowiedni przepływ wody dla prawidłowego funkcjonowania systemu, co jest istotne dla skuteczności zabiegów balneologicznych i zapewnia bezpieczeństwo pracy urządzenia
				Napięcie zasilania: 230 V.	Zgodne z powszechnymi standardami sieci elektrycznych, co ułatwia instalację urządzenia bez potrzeby dodatkowych przetworników czy adaptacji
				Napięcie sterujące: 24 V.	Zapewnia bezpieczne i energooszczędne sterowanie urządzeniem, zmniejszając ryzyko awarii oraz poprawiając efektywność działania
				Przyłącze zimnej wody: 1".	Standardowe przyłącze ułatwia instalację, gwarantując kompatybilność z istniejącą infrastrukturą wodociagową
				Przyłącze odpływu wody nasyconej: 1/2".	Umożliwia efektywne odprowadzanie wody po zabiegu, co wspiera płynne działanie systemu i skraca czas przygotowania do kolejnego użycia
				Wydajność: 50 l/min [+/-5%].	Zapewnia odpowiedni przepływ wody, co jest kluczowe dla efektywności zabiegów balneologicznych oraz optymalnego wykorzystania urządzenia
				Max dopuszczalna wartość ciśnienia (PS): 6 Bar. Min dopuszczalna wartość ciśnienia (PS): 0 Bar.	Gwarantuje bezpieczną pracę urządzenia nawet przy wysokim ciśnieniu, co zwiększa jego trwałość i niezawodność. Umożliwia działanie urządzenia w warunkach niskiego ciśnienia, co

					jest przydatne przy zmiennych parametrach sieci wodociągowej
				Max dopuszczalna wartość temperatury (TS): 30 stopni. Min dopuszczalna wartość temperatury (TS): 0 stopni.	Chroni urządzenie przed przegrzaniem, co zwiększa jego bezpieczeństwo i trwałość podczas użytkowania. Pozwala na bezpieczne działanie urządzenia w niższych temperaturach.
				Pojemność (V) urządzenia ciśnieniowego: min. 70l.	Odpowiednia pojemność zapewnia wydajną pracę systemu, umożliwiając przeprowadzenie dłuższych zabiegów bez potrzeby częstego uzupełniania
				Ciśnienie próbne PT: 1,2 Bar.	Zabezpiecza przed uszkodzeniami poprzez testowanie urządzenia pod zwiększonym ciśnieniem, co zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji
				Moc: 110W.	Optymalna moc urządzenia gwarantuje wydajność przy zachowaniu energooszczędności
				Ciężar pustego zbiornika: 45 kg [±5%].	Ułatwia transport i instalację urządzenia, jednocześnie zapewniając stabilność podczas pracy
				Wymiary: wysokość 215 cm x średnica 21,9 cm [±5%].	Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe dopasowanie urządzenia do przestrzeni
5.	Wanna do hydroterapii	szt.	3	Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji	Wytrzymałość, odporność na uszkodzenia
				System dysz do masażu podwodnego automatycznego	Zapewnia efektywną hydroterapię, poprawia krążenie i relaksuje mięśnie
				System kąpieli perełkowej, dysze powietrzne: min. 14x5 dysz	Dodatkowe funkcje masażu, zwiększają komfort i efektywność zabiegów
				Bezwywlewkowy system napełniania	Zapobiega rozlewaniu wody, zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
				Dotykowy, elektroniczny panel sterowania	Ułatwia obsługę, umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów zabiegu
				Prysznic ręczny	Łatwość mycia wanny
				Poręcze boczne	Zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania
				Regulowane oparcie pod stopy	Umożliwia dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb użytkownika
				Stopień ułatwiający wejście do wanny	Zwiększa dostępność i bezpieczeństwo użytkowania

			<p>Wymiary:</p> <p>Długość: 2200 mm (+/- 5%)</p> <p>Szerokość: 950 mm (+/- 5%)</p> <p>Wysokość: 980 mm (+/- 5%)</p>	Wymiary zapewniające komfort użytkowania i dopasowanie do różnych przestrzeni
			<p>Dwa poziomy napełniania</p> <p>I poziom: 150 l (+/- 5%)</p> <p>II poziom: 240 l (+/- 5%)</p>	Ekonomiczne zużycie wody
			<p>Dotykowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7-calowy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnych sekcji - włączenie urządzenia - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - automatyczny spust wody sterowany elektronicznie 	Umożliwia łatwe i intuicyjne sterowanie funkcjami wanny
			<p>System dysz do masażu podwodnego automatycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 30 dysz kierunkowe podzielone na minimum 5 sekcji - możliwość wyłączenia poszczególnych sekcji dysz 	Precyzyjne i efektywne działanie masażu, możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb
			Regulowane stopki	Umożliwiają stabilne ustawienie wanny na nierównej powierzchni
			Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW.	Zapewnia odpowiednią moc i efektywność działania systemów wanny
			Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy	Zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i trwałość urządzenia
			Stopień do wanny	Ułatwia dostęp do wanny, zwiększa komfort użytkowania
			Kolor: biały lub niebieski	Uniwersalny kolor
			<p>Chromoterapia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 20 wielokomorowych diod rozmieszczonych na całej powierzchni wanny - elektroniczny panel do chromoterapii 	Dodatkowa funkcja terapeutyczna, wpływa na poprawę samopoczucia i relaks
			Wąż do masażu podwodnego	Umożliwia dodatkowe opcje masażu, zwiększa efektywność zabiegów

6.	Wirówka do kończyn dolnych	szt.	1	Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym	Wytrzymałość i trwałość konstrukcji, odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne
				Masaż podwodny – min. 5 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia	Zapewnia efektywną hydroterapię, poprawia krążenie i relaksuje mięśnie
				Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności	Dodatkowe funkcje masażu, zwiększają komfort i efektywność zabiegów
				Ergonomiczne krzesło do wirówek	Zwiększa komfort użytkowania, umożliwia dłuższe sesje terapeutyczne.
				Ergonomiczne krzesło do wirówek	Zwiększa komfort użytkowania
				Regulowane stopki	Umożliwiają stabilne ustawienie wanny na nierównej powierzchni
				Prysznic ręczny	Łatwość utrzymania czystości
				Półautomatyczny spust wody z misy	Ułatwia opróżnianie wanny, zwiększa wygodę użytkowania
				Pompa z tworzywa sztucznego – 230V, 50HZ, 1,1kW	Zapewnia odpowiednią moc i efektywność działania systemów wanny
				Wymiary (+/- 5%): Długość: 890 mm Szerokość: 880 mm Wysokość: 750 mm	Wymiary zapewniające komfort użytkowania i dopasowanie do różnych przestrzeni
				Pojemność użytkowa – poziom napełniania I: 57 litrów (+/- 5%).	Ekonomiczne zużycie wody, dostosowanie do różnych potrzeb użytkowników
				Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 75 litrów (+/- 5%)	Zapewnia odpowiednią ilość wody do przeprowadzenia zabiegów
				Kolor: biały lub niebieski	Uniwersalna barwa
7.	Urządzenie do terapii w podwieszeniu	szt.	1	Dotykowy panel sterowania min. 3,5": - automatyczne sterowanie dyszami - automatyczny system napełniania - zabezpieczenie przed przelaniem wody - ustawianie czasu zabiegu - wyłączenie po skończonym zabiegu - zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho - czujnik temperatury wody nalewanej - czujnik temperatury wody w misie	Ułatwia obsługę urządzenia, umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów zabiegu
				Mocowanie do ściany	Optimalizacja przestrzeni
				System 2 wózków wzdłużnych i 2 poprzecznych	Zapewnia wszechstronność i elastyczność w wykonywaniu ćwiczeń

				Przesuwany system dwóch prowadnic	Umożliwia płynne i precyzyjne ruchy podczas ćwiczeń
				Wypożyczenie w min. 10 punktów podwieszenia, oraz wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowania linek i karabinków po obu stronach podstawy	Umożliwia różnorodną konfigurację ćwiczeń, dostosowane do indywidualnych potrzeb
				Wymiary: +/- 5% Długość: 2930 mm Szerokość: 1200 mm Wysokość: 2100 mm	Zapewniają stabilność i komfort użytkownika
				Wypożyczenie: Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (RO-07) – 6 Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (RO-08) – 1 Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x0,17m (RO-10) – 1 Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (RO-09) – 1 Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia) (SO-11) – 1 Podwieszka samozaciskająca (SO-07) – 2 Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) – 4 Podwieszka pod rękę (SO-06) – 4 Podwieszka pod kostkę (SO-04) – 2 - 2 Pas stabilizujący klatkę piersiową (SO-12) – 1 Kamaszek (SO-10) – 1 Walek 15 x 50 cm – 1 Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) – 1 Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) – 2 Obciążnik 0,5 kg (RO-15) – 1 Obciążnik 1 kg (RO-16) – 1 Obciążnik 1, 5 kg (RO-17) – 1 Obciążnik 2 kg (RO-18) - 1 Linka do zawiesznień z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m (LO-13) – 14 Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m (LO-14) – 1 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona – 2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona – 2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna – 2	Kompleksowe wyposażenie umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu ćwiczeń rehabilitacyjnych

Sprawa nr 42/2024

				<p>Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna – 2</p> <p>Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm – 2</p> <p>Wieszak na akcesoria</p>	
8.	Wanna do kąpieli balneologicznych - solanka	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego GFK wzmacnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>Wyposażenie w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prysznic ręczny - stopień umożliwiający wchodzenie do wanny - wąż do masażu podwodnego z wymiennymi końcówkami - podnózek rozporowy - poręcze boczne <p>Wymiary (+/- 5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 2300 mm - szerokość 960 mm - wysokość 900 mm <p>Dostosowanie do wód solankowych</p> <p>Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 550 l (+/- 5%)</p> <p>Dwa poziomy napełniania</p> <p>I poziom: 350 l (+/- 5%)</p> <p>II poziom: 450 l (+/- 5%)</p> <p>Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy</p> <p>Regulowane stopki</p> <p>Kolor: biały lub niebieski</p>	<p>Wytrzymałość i trwałość konstrukcji, odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne</p> <p>Zwiększa funkcjonalność i komfort użytkowania</p> <p>Komfort użytkowania i dopasowanie do różnych przestrzeni</p> <p>Umożliwia korzystanie z wód solankowych, co zwiększa efektywność zabiegów</p> <p>Odpowiednia ilość wody do przeprowadzenia zabiegów</p> <p>Ekonomiczne zużycie wody</p> <p>Zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i trwałość urządzenia</p> <p>Umożliwiają stabilne ustawienie wanny na nierównej powierzchni</p> <p>Uniwersalna barwa</p>
9.	Wirówka do kończyn górnych	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody - system biernej kąpieli perletkowej z regulacją intensywności masażu - prysznic ręczny - półautomatyczny spust wody - krzesło z regulacją wysokości <p>Bezwyłewkowy system napełniania ciepła/zimna woda</p> <p>Wyprofilowana niecka</p>	<p>Wytrzymałość i trwałość konstrukcji, odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne</p> <p>Umożliwia efektywną hydroterapię, poprawia krążenie i relaksuje mięśnie, komfort i efektywność zabiegu</p> <p>Zapobiega rozlewaniu wody, zwiększa bezpieczeństwo użytkowania</p> <p>Możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim</p>

				Wymiary: 950 x 1100 x 1070 (+/- 5%)	Wymiary zapewniające komfort użytkowania i dopasowanie do różnych przestrzeni
				Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 40 litrów (+/-5%)	Zapewnia odpowiednią ilość wody do przeprowadzenia zabiegów
				Kolor: biały lub niebieski	Uniwersalny kolor

2. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej oraz producenta (jeżeli wpisano lub opis wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających walory funkcjonalne, jakościowe wymienionych urządzeń; W powyższej tabeli, w szczególności w **kół. 2, 5 i 6** tabeli w każdej części, Zamawiający podał kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

3. Użyte nazwy (jeżeli zostały wpisane) mają na celu tylko i wyłącznie przedstawienie oczekiwań jakościowych i funkcjonalnych. Zamawiający poprzez ich użycie opisuje przedmiot zamówienia, mając na względzie jakość i funkcjonalność urządzeń, których nie sposób określić w inny i wyczerpujący sposób. Użycie nazw własnych stanowi więc podanie maksymalnie wyczerpującej charakterystyki, celem przekazania Wykonawcom oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych dla zaoferowanego sprzętu. Oferując produkty równoważne należy bazować na, wskazanych przez Zamawiającego, w poszczególnych pozycjach w/w wykazu, cechach charakterystycznych (kryteria równoważności), pożądanym przez Zamawiającego w danym urządzeniu.

4. Dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem, przystosowanym do tego celu.

5. Podane ceny winny być cenami ostatecznymi, tj. zawierającymi ewentualne rabaty, dopłaty lub upusty oraz koszty dostawy i montażu, a także szkolenia pracowników. Wszystkie ceny należy podać w złotych (łącznie z podatkiem VAT), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca odbierać będzie niezwłocznie i bezpłatnie od Zamawiającego zwrotne opakowania, kartony, skrzynie itp. w których dostarczany jest towar.

7. Powody niedokonania podziału zamówienia na części – nie dotyczy – Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które można składać ofertę.

8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33100000-1

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 6 PZP)

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w **terminie do 10.12.2024 r.**

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt. 7 PZP)

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (art. 281 ust. 1 pkt. 8 PZP)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a

wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4726ff98-8fe3-451a-a8fc-af160f81944b>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4726ff98-8fe3-451a-a8fc-af160f81944b

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
8. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postępowania
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.1233.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z **wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają

również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

12. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
18. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi.wladyslawowo@cos.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami (art. 281 ust. 1 pkt. 10 PZP)

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Teresa Sieradzka, Zygmunt Wiśniewski

e-mail: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

X. Termin związania ofertą (art. 281 ust. 1 pkt. 11 PZP)

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.12.2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 281 ust. 1 pkt. 12 PZP)

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „**Formularza ofertowego**” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym”

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. **Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UWAGA ZMIANY OPUBLIKOWANE NA STRONIE UZP w dniu 13.05.2024 (link: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/zmiany-w-podpisywaniu-podpisem-zaufanym-interaktywnego-formularza-ofertowego/>)

ZMIANY W PODPISYWANIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO PODPISEM ZAUFANYM

W związku ze zmianami po stronie Profilu Zaufanego od dnia 10 maja 2024 r. nie ma możliwości podpisywania Podpisem Zaufanym interaktywnego formularza ofertowego, tak jak do tej pory. Aby

podpisać formularz ofertowy pobrany z Platformy e-Zamówienia należy po pobraniu i wypełnieniu formularza zapisać go w wersji nieedytowalnej i następnie podpisać Podpisem Zaufanym.

Pomoc techniczna w związku z powyższym – dane dostępne pod wskazanym linkiem

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB

14. Do oferty interaktywnej (przypominamy o wymogu niezmienniania nazwy pliku po pobraniu z platformy e-zamówienia) należy dołączyć:

- a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
- d) Oferta podstawowa i Oświadczenia wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
- e) Przedmiotowe środki dowodowe

DLA CZĘŚCI 1 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model każdego oferowanego urządzenia

DLA CZĘŚCI 2 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model każdego oferowanego urządzenia

15. Oferta interaktywna, oferta podstawowa (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i inne oświadczenia muszą być złożone w oryginale.

16. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

17. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – **dokumenty wymienione w pkt. XI.14.e) SWZ**
19. Postanowień ust. 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. Sposób oraz termin składania ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 13 PZP)

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na portalu e-zamówienia.
2. Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na e-zamówienia oraz w niniejszej SWZ.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **21.11.2024 r., do godz.08.00**
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XIII. Termin otwarcia ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 14 PZP)

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2024 r. o godzinie 08.30**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, **najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (art. 281 ust. 1 pkt. 15 PZP)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę;
 - 1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

Okresy wykluczenia wykonawców (dla pkt. 1 i 2 powyżej) wynikające z ww. przesłanek wynoszą zgodnie z art. 111 pkt. 1 i 2 odpowiednio:

- W przypadkach, o których mowa w pkt. a do g – na okres 5 lat od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie wskazanych podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

- w przypadku, o którym mowa w pkt. h – na okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie wskazanych podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – okres wykluczenia – okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie – okres wykluczenia – okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, w którym doszło do zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: UOBN) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 2 na podstawie:
- 1) Oświadczenia wstępnego wykonawcy złożonego wraz z ofertą (załącznik nr 3 do SWZ),
W razie wątpliwości, co do treści powyższego oświadczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania także stosownej weryfikacji, w szczególności za pomocą:
- a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN
c) oraz innych ogólnodostępnych rejestrów, w szczególności KRS czy CEIDG
6. **Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych)** – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

XV. Sposób obliczenia ceny (art. 281 ust. 1 pkt. 16 PZP)

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru dostępnego na platformie e-zamówienia na podstawie danych z formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto[z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w aktualnych przepisach prawa.

W pierwszej kolejności należy wypełnić tabelę zawierającą wykaz poszczególnych urządzeń i w niej dokonać wyceny zawierającej wszystkie konieczne czynności zarówno poprzedzające montaż, jak i jego dokonanie wraz z dostawą, w szczególności czynności opisane w pkt. V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.

Następnie tak wyceniony przedmiot zamówienia należy wpisać jako cenę netto oferty, dodać VAT i dokonać końcowej wyceny brutto.

Wycień należy dokonać odrębnie dla każdej części zamówienia.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) na podstawie podanych cen jednostkowych brutto dla danego asortymentu.

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 17 PZP)

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty brutto	60 %
2.	Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia	40 %

2. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w danej części zamówienia, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzorów:

1) Cena oferty brutto- 60%

najniższa oferowana cena spośród
zakwalifikowanych ofert

$$C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{cena referencyjna}} \times 60$$

cena badanej oferty

C - wskaźnik kryterium cena

- Wykonawca w powyższym kryterium otrzyma maksymalnie 60 pkt.

G- wskaźnik kryterium gwarancja - Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - 40%
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt

Punkty za okres gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:

- a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy otrzyma - 38 pkt
- b) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 18 miesięcy otrzyma - 39 pkt;
- c) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesiące i więcej otrzyma - 40 pkt;

Kryterium „okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia” oceniony będzie poprzez okres zadeklarowany przez Wykonawcę w podstawowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- 3. UWAGA!, Wykonawca wskazuje okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych podanych miesiącach.
- 4. Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował „okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia” poniżej najniższej wymaganej (ocenianej) zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
- 5. Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował „okres udzielonej gwarancji jakości za wady na przedmiot zamówienia” powyżej najwyższej wymaganej (ocenianej) otrzyma nie więcej niż 40 pkt.

Ocena przedłożonych ofert będzie uwzględniała powyższe kryteria i podlegała sumowaniu **w każdej części zamówienia:**

$$W = C + G$$

W - ocena końcowa C - przyznane punkty w kryterium cena

G - przyznane punkty w kryterium gwarancja za wady

W przypadku równej ilości punktów decydującym kryterium będzie najniższa cena.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej części zamówienia.

- 6. W przypadku rozbieżności w zakresie prezentowanej ceny lub okresu gwarancji pomiędzy interaktywnym formularzem oferty a formularzem podstawowym (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający przyjmie, jako ostateczne, dane wskazane w załączniku nr 2.
- 7. Formularz interaktywny oferty pełni w niniejszym postępowaniu rolę pomocniczą ułatwiającą Zamawiającemu tzw. re-użycie danych w trakcie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec Prezesa UZP. W przypadku nie złożenia/nie podpisania interaktywnego formularza oferty lub braków w tym formularzu, nie będzie to stanowiło podstawy odrzucenia oferty, **Zamawiający przyjmuje za obowiązujący załącznik nr 2 do SWZ (podstawowy formularz ofertowy). Brak istotnych informacji w tym formularzu (stanowiących treść oferty) lub brak załącznika nr 2 albo nie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy jest nieusuwalny i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**
- 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
- 10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie

Wykonawcą, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(art. 281 ust. 1 pkt. 18 PZP)

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający wyznaczy ten termin w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,łoży nie później niż w dniu podpisania umowy, aktualne na dzień złożenia, oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy (art. 281 ust. 1 pkt. 19 PZP)

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

XIX. Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1;
- Podstawowy Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2;
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3;
- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 4.

O F E R T A – formularz podstawowy –
zestawienie cen jednostkowych i
oświadczenia

nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE
WŁADYSŁAWOWIE, 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani

.....

.....

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz
działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy		
REGON		NIP
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)		
Członkowie władz (<i>dot. osób prawnych</i>)		
Internet http:// Telefon/-y adres skrzynki ePUAP:	e-mail:	@

Poniżej zestawienie części na które jest składana oferta, ceny zawierają **wszystkie elementy urządzeń oraz wszystkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia**, w szczególności **opisane w pkt. V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy**:

Część 1 Urządzenia odnowy biologicznej

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Aparat do terapii falami uderzeniowymi (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)*/ Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli	szt.	1	Minimalna maksymalna intensywność stymulacji 0,65 mJ/mm2 Częstotliwość do 25 Hz Kolorowy ekran dotykowy min. 8" Inteligentny aplikator z ciągłym monitorowaniem intensywności uderzeń i ekranem dotykowym Regulacja parametrów bezpośrednio na ekranie aplikatora lub na aparacie Regulowana głębokość penetracji do 65 mm za pomocą nakładek sprzęgających Protokoły ulubione Nawigacyjny atlas anatomiczny Baza danych pacjentów Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna Test jakości uderzeń Łatwa konserwacja i brak cyrkulacji płynów Liczba uderzeń w trakcie zabiegu 0-9999 Tryb pracy - pojedyncza, sekwencja Wymiary max. 600 × 1000 × 600 mm Waga do 30 kg Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz	
2	Aparat do krioterapii samoobsługowej (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)*/ Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli	szt.	1	Rodzaj krioterapii - schłodzone powietrze Ekran dotykowy z podświetleniem TFT LED min. 7" Programy dla rehabilitacji i ortopedii oraz medycyny sportowej Protokoły użytkownika Temperatura chłodzenia: do -35°C Rodzaje terapii: dynamiczna, bezobsługowa za pomocą aplikatorów	

				Aplikatory: aplikator na kostkę, łokieć, nogę Dysza kąтова Dysza płasko-strumieniowa Adapter do krioterapii obu kończyn dolnych Ciśnienie powietrza na dyszy wylotowej do 50 mm Hg Tryby pracy: ciągły, długi impulsowy, średni impulsowy, krótki impulsowy Intensywność przepływu powietrza: kilka poziomów Rodzaj terapii: sekwencja Regulowany czas terapii: 1-99 min Pojemnik na skroploną wodę Wbudowana funkcja rozmrażania Faza wstępnego chłodzenia Wymiary do 600 x 700 x 1000 mm Waga do 80 kg	
3	Szyna CPM (nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)*/ <u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u>	szt.	1	Terapia stawów kończyny dolnej: stawu kolanowego, biodrowego i skokowego w trybie pasywnym Kolorowy ekran dotykowy Rysik do ekranu dotykowego Pilot z kolorowym ekranem dotykowym Gotowe programy terapeutyczne Programy użytkownika wpisane w pamięci wewnętrznej aparatu Ustawienie kąta w czasie rzeczywistym Funkcja automatycznego ustawienia pozycji neutralnej przystosowanej do transportu urządzenia Obciążenie nominalne min. 20 kg Możliwość odwrócenia obciążenia od 1 do 25 Maksymalna waga pacjenta do 135 kg Wzrost pacjenta 120- 220 cm Limit wyprostu stawu biodrowego 0° Limit zgięcia stawu biodrowego min. 115° Limit zgięcia stawu kolanowego min. 123° Długość kości piszczelowej 23- 55 cm	

				Długość kości udowej 35 – 50 cm Długość całej kończyny dolnej 58 – 105 cm Prędkość 40° - 380°/min. Możliwość wykorzystania szyny dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian Możliwość regulacji podparcia stóp/ regulacja podparcia na boki Możliwość odwracania podstawki na stopy Zabezpieczenie z zatraskami Możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii Możliwość blokady pacjenta Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki Program rozgrzewki/ program progresywny Program rozciągania zgięcia i wyprostów Zatrzymanie w zgięciu i wyproście Waga do 14 kg	
	Razem netto (wiersze 1+2+3)				

a) Łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia w części nr 1 (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): zł

(słownie złotych:)

b) plus podatek VAT w wysokości : %, tj. zł

(słownie zł)

c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)

(słownie złotych:)

d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 12**/18**/24** miesięcy (**/ niepotrzebne skreślić) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

Część 2 Urządzenia odnowy biologicznej

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4
-----	------------	------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6
1.	<p>Wanna wielofunkcyjna do hydromasażu</p> <p>..... (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)* /</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnionego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>Poręcze boczne – min. 8 szt.</p> <p>Stopień ułatwiający wejście do wanny</p> <p>Prysznic ręczny</p> <p>Wymiary max.: - długość 2450 mm +/- 5% - szerokość 2000 mm +/- 5% - wysokość 900 mm +/- 5%</p> <p>Poziomy napełniania: I poziom – 556 litrów +/-5% II poziom – 780 litrów +/-5%</p> <p>Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: min. 1000 litrów +/-5%</p> <p>Kolor biały lub niebieski</p> <p>Masaż podwodny automatyczny – min. 5 dysz bocznych</p> <p>System kąpieli perełkowej</p> <p>Dotykowy panel sterowania o przekątnej min. 3,5"</p> <p>Wąż do masażu podwodnego</p>	
2.	<p>Wanna do kąpieli elektrycznowodnych</p> <p>..... (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)* /</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnionego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>Dotykowy panel sterowania min. 6"</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczne sterowanie sekcjami dysz - automatyczny system napełniania - automatyczny spust wody z misy - wybór poziomu napełniania - możliwość zapisania indywidualnych programów terapeutycznych - zabezpieczenie przed przelaniem wody - ustawianie czasu zabiegu - wyłączenie po skończonym zabiegu - zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho - zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz - zabezpieczenie przed przeciążeniem - czujnik temperatury wody nalewanej - czujnik temperatury wody w misie 	

				<p>System elektrod do zabiegów elektrycznych min. 9x4</p> <p>Prysznic ręczny</p> <p>Poręcze boczne</p> <p>Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny</p> <p>Wąż do masażu podwodnego z wymiennymi końcówkami</p> <p>Wymiary: Długość: 2200 mm (+/- 5%) Szerokość: 950 mm (+/- 5%) Wysokość: 980 mm (+/- 5%)</p> <p>Dwa poziomy napełniania I poziom: min. 160 l (+/- 5%) II poziom: min. 240 l (+/- 5%)</p> <p>Kolor: biały lub niebieski</p> <p>Masaż podwodny automatyczny – min. 8 dysz bocznych</p> <p>System kąpieli perełkowej</p> <p>min. 14 x 5 dysz</p>	
3.	<p>Wanna do kąpieli balneologicznych – borowina</p> <p>..... (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnionego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>Półautomatyczny spust wody</p> <p>Prysznic ręczny z węzłem chowanym</p> <p>Wymiary max.: - długość 198 mm +/- 5% - szerokość 840 mm +/- 5% - wysokość 740 mm +/- 5%</p> <p>Poziomy napełniania: I poziom – 100 litrów +/-5% II poziom – 200 litrów +/-5%</p> <p>Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 230 litrów +/- 5%</p> <p>Kolor: biały lub niebieski</p> <p>Dotykowy panel sterowania o przekątnej min. 3,5": automatyczne sterowanie dyszami automatyczny system napełniania zabezpieczenie przed przelaniem wody ustawianie czasu zabiegu wyłączenie po skończonym zabiegu zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho</p>	

				<p>czujnik temperatury wody nalewanej</p> <p>czujnik temperatury wody w misie</p> <p>zabezpieczenie przez zmianą kolejności faz</p> <p>zabezpieczenie przed przeciążeniem</p> <p>powiadomienie o konieczności odkamieniania</p> <p>Szerszy odpływ umożliwiający wypływ masy borowinowej</p>	
4.	<p>Wanna do kąpieli kwasowęglowych</p> <p>..... (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>Półautomatyczny spust wody</p> <p>Prysznic ręczny z węzłem chowanym</p> <p>Wymiary max.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 198 mm +/- 5% - szerokość 840 mm +/- 5% - wysokość 740 mm +/- 5% <p>Poziomy napełniania:</p> <ul style="list-style-type: none"> I poziom – 100 litrów +/-5% II poziom – 200 litrów +/-5% <p>Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 230 litrów +/- 5%</p> <p>Kolor: biały lub niebieski</p> <p>Dodatkowy zawór do kąpieli kwasowęglowej – saturator do wzbogacania wody o CO₂</p> <p>Ciśnienie wody dostarczane do urządzenia z sieci: maks. 0,6 MPa.</p> <p>Napięcie zasilania: 230 V.</p> <p>Napięcie sterujące: 24 V.</p> <p>Przyłącze zimnej wody: 1".</p> <p>Przyłącze odpływu wody nasyconej: 1/2".</p> <p>Wydaźność: 50 l/min [+/-5%].</p> <p>Max dopuszczalna wartość ciśnienia (PS): 6 Bar.</p> <p>Min dopuszczalna wartość ciśnienia (PS): 0 Bar.</p> <p>Max dopuszczalna wartość temperatury (TS): 30 stopni.</p> <p>Min dopuszczalna wartość temperatury (TS): 0 stopni.</p> <p>Pojemność (V) urządzenia ciśnieniowego: min. 70l.</p> <p>Ciśnienie próbne PT: 1,2 Bar.</p>	

				<p>Moc: 110W.</p> <p>Ciężar pustego zbiornika: 45 kg [±5%].</p> <p>Wymiary: wysokość 215 cm x średnica 21,9 cm [±5%].</p>	
5.	<p>Wanna do hydroterapii</p> <p>.....(nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	3	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmocnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>System dysz do masażu podwodnego automatycznego</p> <p>System kąpieli perełkowej, dysze powietrzne: min. 14x5 dysz</p> <p>Bezwylewkowy system napełniania</p> <p>Dotykowy, elektroniczny panel sterowania</p> <p>Prysznic ręczny</p> <p>Poręcz boczne</p> <p>Regulowane oparcie pod stopy</p> <p>Stopień ułatwiający wejście do wanny</p> <p>Wymiary: Długość: 2200 mm (± 5%) Szerokość: 950 mm (± 5%) Wysokość: 980 mm (± 5%)</p> <p>Dwa poziomy napełniania I poziom: 150 l (± 5%) II poziom: 240l (± 5%)</p> <p>Dotykowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7-calowy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnych sekcji - włączenie urządzenia - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - automatyczny spust wody sterowany elektronicznie <p>System dysz do masażu podwodnego automatycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 30 dysz kierunkowe podzielone na minimum 5 sekcji - możliwość wyłączenia poszczególnych sekcji dysz <p>Regulowane stopki</p>	

				Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW. Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy Stopień do wanny Kolor: biały lub niebieski Chromoterapia: - min. 20 wielokomorowych diod rozmieszczonych na całej powierzchni wanny - elektroniczny panel do chromoterapii Wąż do masażu podwodnego	
6.	Wirówka do kończyn dolnych (nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)*/ <u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u>	szt.	1	Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym Masaż podwodny – min. 5 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia Bierny masaż perłkowy z regulacją intensywności Ergonomiczne krzesło do wirówek Ergonomiczne krzesło do wirówek Regulowane stopki Pysznik ręczny Półautomatyczny spust wody z misy Pompa z tworzywa sztucznego – 230V, 50HZ, 1,1kW Wymiary (+/- 5%): Długość: 890 mm Szerokość: 880 mm Wysokość: 750 mm Pojemność użytkowa – poziom napełniania I: 57 litrów (+/- 5%). Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 75 litrów (+/- 5%) Kolor: biały lub niebieski Dotykowy panel sterowania min. 3,5": - automatyczne sterowanie dyszami - automatyczny system napełniania - zabezpieczenie przed przelaniem wody - ustawianie czasu zabiegu - wyłączenie po skończonym zabiegu - zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho - czujnik temperatury wody nalewanej - czujnik temperatury wody w misie	

7.	<p>Urządzenie do terapii w podwieszeniu</p> <p>.....(nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)*/ <u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Mocowanie do ściany</p> <p>System 2 wózków wzdlużnych i 2 poprzecznych</p> <p>Przesuwany system dwóch prowadnic</p> <p>Wypożenie w min. 10 punktów podwieszenia, oraz wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowania linek i karabinków po obu stronach podstawy</p> <p>Wymiary: +/- 5%</p> <p>Długość: 2930 mm Szerokość: 1200 mm Wysokość: 2100 mm</p> <p>Wypożenie:</p> <p>Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (RO-07) – 6 Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (RO-08) – 1 Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x0,17m (RO-10) – 1 Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (RO-09) – 1 Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia) (SO-11) – 1 Podwieszka samozaciskająca (SO-07) – 2 Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) – 4 Podwieszka pod rękę (SO-06) – 4 Podwieszka pod kostkę (SO-04) – 2 - 2 Pas stabilizujący klatkę piersiową (SO-12) – 1 Kamaszek (SO-10) – 1 Walek 15 x 50 cm – 1 Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) – 1 Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) – 2 Obciążnik 0,5 kg (RO-15) – 1 Obciążnik 1 kg (RO-16) – 1 Obciążnik 1, 5 kg (RO-17) – 1 Obciążnik 2 kg (RO-18) - 1 Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i blockami zaciskowymi dł. 2m (LO-13) – 14 Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m (LO-14) – 1 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona – 2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona – 2</p>	
----	---	------	---	---	--

				<p>Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna – 2</p> <p>Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna – 2</p> <p>Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm – 2</p> <p>Wieszak na akcesoria</p>	
8.	<p>Wanna do kąpieli balneologicznych – solanka</p> <p>.....(nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego GFK wzmacnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji</p> <p>Wypożyczenie w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prysznic ręczny - stopień umożliwiający wchodzenie do wanny - wąż do masażu podwodnego z wymiennymi końcówkami - podnóżek rozporowy - poręcze boczne <p>Wymiary (+/- 5%):</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 2300 mm - szerokość 960 mm - wysokość 900 mm <p>Dostosowanie do wód solankowych</p> <p>Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 550 l (+/- 5%)</p> <p>Dwa poziomy napęnlania I poziom: 350 l (+/- 5%) II poziom: 450 l (+/- 5%)</p> <p>Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy</p> <p>Regulowane stopki</p> <p>Kolor: biały lub niebieski</p>	
9.	<p>Wirówka do kończyn górnych</p> <p>.....(nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><u>Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></p>	szt.	1	<p>Wykonanie z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym</p> <p>Wypożyczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody - system biernej kąpieli perlkowej z regulacją intensywności masażu - prysznic ręczny - półautomatyczny spust wody - krzesło z regulacją wysokości <p>Bezwywlewkowy system napęnlania ciepła/zimna woda</p> <p>Wyprofilowana niecka</p> <p>Wymiary: 950 x 1100 x 1070 (+/- 5%)</p> <p>Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 40 litrów (+/- 5%)</p> <p>Kolor: biały lub niebieski</p>	

	Razem netto (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
--	---	--	--	--	--

- a) Łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia w części nr 2 (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): zł
(słownie złotych:)
- b) plus **podatek VAT** w wysokości : %, tj. zł
(słownie zł)
- c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)
(słownie złotych:)
- d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 12**/18**/24** miesięcy (**/ niepotrzebne skreślić) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 48 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

1. **Deklarujemy realizację w/w przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. VI SWZ, tj. do 10.12.2024 r..**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami zamówienia i w pełni je akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg wzoru załączonego do SWZ, który został przez nas zaakceptowany (Projektowane postanowienia umowy).
4. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w pkt. X.1 SWZ.
6. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: siłami własnymi*)/przy udziale podwykonawców*): podwykonawcom .

(podać nazwy jeżeli są znane na etapie składania ofert*)

zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

(wyszczególnić zakres*)

7. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informujemy, że wybór naszej oferty:
 - ☐ Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
 - ☐ Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
8. Oświadczamy, że oferowane urządzenia posiadają następujące certyfikaty/potwierdzenia (zaznaczyć dokumenty dołączone do oferty):

DLA CZĘŚCI 1 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model każdego oferowanego urządzenia

DLA CZĘŚCI 2 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model każdego oferowanego urządzenia

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
11. Jesteśmy/nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą, nie dotyczy**/.

Niniejszy plik przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

* /wpisać

**/ niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Załącznik Nr 3 do SWZ

Zamawiający:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE
WŁADYSŁAWOWIE ,
84-120 Władysławowo,
ul. Żeromskiego 52
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca/Podmiot trzeci/Podwykonawca*/:
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – składane wraz z ofertą

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do Odnowy Biologicznej do COS OPO we Władysławowie - 2 części,

1. oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

.....*(miejscowość)*, dnia.....r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....(*miejsowość*), dniar.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....(*miejsowość*), dniar.

Niniejszy plik przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik Nr 4 do SWZ**- klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl, tel. 513790306 ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **”Zakup, dostawa i montaż urządzeń do Odnowy Biologicznej do COS OPO we Władysławowie - 2 części”** odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.