

Władysławowo, dnia 18.11.2024 r.

Dla wszystkich Oferentów

Dotyczy: Postępowania przetargowego – Sprawa nr 42/2024 Zakup, dostawa i montaż urządzeń do Odnowy Biologicznej do COS OPO we Władysławowie

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania od potencjalnego wykonawcy:

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą SWZ szynę CPM do terapii stawów kończyny dolnej stawu kolanowego i biodrowego w trybie pasywnym (za pomocą silnika) umożliwiającą mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym (przez pacjenta) począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie 40 stopni, o regulowanej prędkości 32-230°/min. z zakresem wzrostu pacjenta 120-200 cm z lepszą/ szerszą regulacją długości kończyny w zakresie 56-106cm (kości piszczelowej 25-57 i kości udowej 31-49cm) z zakresem ruchu biernego w stawie kolanowym -10°- 120°, z intuicyjnym sterowaniem wszystkimi parametrami za pomocą bezpiecznych i czytelnych przycisków z funkcjonalnego pilota z wyraźnym wyświetlaczem LCD- TFT bez rysika, z możliwością zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii bez oczekiwania na koniec zaprogramowanego czasu terapii, z praktycznie nieograniczoną ilością programów użytkownika zapisywanych na kartach pamięci (równoczesna ilość zależna od ilości kart), co znacznie ułatwia obsługę umożliwiając stosowanie zaprogramowanej sekwencji na różnych urządzeniach Artromot®, spełniającą oraz przekraczającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane przez Oferenta elementy wyposażenia, ale nie jest to parametr obowiązkowy.

2. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane przez Oferenta elementy wyposażenia, ale nie jest to parametr obowiązkowy.

- 3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany przez Oferenta element wyposażenia, ale nie jest to parametr obowiązkowy.

- 4. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w elektrostymulator do zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany przez Oferenta element wyposażenia, ale nie jest to parametr obowiązkowy.

- 5. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w dedykowany wózek transportowy tego samego producenta? Z doświadczenia wiemy, iż wózki znacznie poprawiają komfort pracy personelu i eliminują potrzebę noszenia urządzenia.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany przez Oferenta element wyposażenia, ale nie jest to parametr obowiązkowy.

- 6. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta i motywuje?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany przez Oferenta element wyposażenia, ale nie jest to parametr obowiązkowy.

- 7. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej, uwzględniającej pozycję „Szyna CPM” ze względu na jej odrębność i specyfikę terapeutyczną?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Z wyrazami szacunku

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo