

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na wykonanie **MODERNIZACJI KOMORY KRIOGENICZNEJ TYP CR2002LN**

I: ZAMAWIAJĄCY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU,

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99

78-600 Wałcz

KRS 0000374033, REGON 142733356-00028, NIP 7010273950

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa wykonania **MODERNIZACJI KOMORY KRIOGENICZNEJ TYP CR2002LN**

II.1.1) Rodzaj zamówienia: Usługa.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje MODERNIZACJĘ KOMORY KRIOGENICZNEJ TYP CR2002LN zgodnie ze specyfikacją stanowiącą **załączniki nr 2**.

II.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: do 30.06.2020.

III: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

IV: KRYTERIA OCENY OFERT

1. Najniższa cena – wartość procentowa kryterium = 100%

V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zamówienia: <http://bip.cos.pl/bip/>

VI: Termin składania ofert: **24.04.01.2020 godzina 10:00**,

VII: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VIII: Oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego **załącznik nr 1**), proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: [przetargi.walcz@cos.pl](mailto:przetargi.walcz@cos.pl) i [sekretariat.walcz@cos.pl](mailto:sekretariat.walcz@cos.pl).

Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres zamawiającego i opisać: „**Modernizacja komory kriogenicznej.**”.

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować na adres [wieslaw.skrzypiec@cos.pl](mailto:wieslaw.skrzypiec@cos.pl), tel. 693903496

IX: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia i arkusz kalkulacyjny – stanowiącym **załączniki nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

X: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

XI: **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.**

DYREKTOR  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Zdzisław Ryder



**FORMULARZ OFERTOWY****1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców  
 Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz; NIP: 701-027-39-50; REGON: 142733356-00028; KRS:  
 0000374033;

**2. DANE OFERENTA**

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę	
Adres	
Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)	
Faks	
E-mail	
Nr NIP	
Nr REGON	

**3. OFERTA**

1. W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia .....2020 r.** w sprawie „**Modernizacja komory kriogenicznej**”, oferuję należyte wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto: .....

(słownie: .....)

Cenę netto: .....

(słownie: .....)

Cena zawiera podatek VAT .....(%) tj. kwotę.....

(słownie.....)

2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZAPYTANIU OFERTOWYM, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

4. POTWIERDZAMY, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. OŚWIADCZAMY, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

8. AKCEPTUJEMY, że termin płatności za wykonany przedmiot umowy, zrealizowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, wynosi 30 dni licząc od dnia przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

.....

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na konto:

.....

(podać nazwę Banku i numer konta)

10. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
Imię i nazwisko, nazwa firmy :

.....

Adres:

.....

Telefon: ..... Faks: .....

.....

.....

(data)

(Podpis Wykonawcy)

.....

Pieczęć i podpis

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### MODERNIZACJA KOMORY KRIogenicznej TYP CR2002LN ZAINSTALOWANEJ W COS WAŁCZ

Cel modernizacji:

- 1 - obniżenie zużycia azotu od 30 do 50 %
- 2 - obniżenie zużycia energii elektrycznej o 80-90%
- 3 - uproszczenie obsługi komory (likwidacja drogiego w eksploatacji zaplecza technicznego)
- 4 - zwiększenie niezawodności pracy komory
- 5 - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz obsługi
- 6 - poprawienie komfortu użytkowników poprzez zmniejszenie zamglenia podczas sesji zabiegowej

Zakres prac modernizacyjnych:

- Likwidacja drogiej w eksploatacji sprężarki powietrza i urządzeń towarzyszących
- Likwidacja krio oczyszczalników
- Modernizacja szafy zasilania kriogenicznego.
- Modernizacja wymienników komory zabiegowej celem zmniejszenia zużycia azotu
- Wymiana obecnego sterowania komory kriogenicznej na układ PLC- HMI który spowoduje mniejszą awaryjność, łatwiejszą obsługę oraz większe możliwości systemu sterowania komora kriogeniczną
- Montaż nowego systemu uzdatniania powietrza.
- Montaż monitoringu video i systemu audio

Wymagania dla wykonawcy:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami w szczególności:

**DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD)**

**PN-EN 60601-1:2011, PN-EN 60601-1:2011/A11:2011** – Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1

Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.

**PN-EN 60601-1-2:2007, PN-EN 60601-1-2:2007/AC:2010** Elektryczne urządzenia medyczne- Część 1-2

Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych

- norma uzupełniająca - Kompatybilność elektromagnetyczna- Wymagania i badania.

**PN-EN ISO 14971:2012-** Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych .

**PN-EN 60601-1-8:2011-** Medyczne urządzenia elektryczne –

Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego –

Norma uzupełniająca: Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

- wiedza i doświadczenie poparte listą referencyjną lub wskazaniem użytkowników gdzie podobne prace modernizacyjne przyniosły oczekiwany skutek.

- udzielenie gwarancji na wykonane prace min 24 m-ce

- wykonanie szkolenia dla obsługi

- wykonawca może w ramach rozliczeń zaproponować obniżenie ceny za wykonanie modernizacji w zamian za sprzęt który w ramach modernizacji będzie wyłączony z dotychczasowej eksploatacji. W szczególności za sprężarkę śrubową oraz urządzenia towarzyszące.

Po przeprowadzonej modernizacji wykonawca przeprowadzi badania bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia wprowadzanego do eksploatacji według normy oraz przeprowadzi przegląd techniczny zakończony protokołami odbioru i wpisem do paszportu technicznego.